

Vorgehen

Diese Checkliste ist eine Hilfestellung für die Kliniken, damit sie schnell und übersichtlich sehen, welche Angaben zwingend vor Einsatzbeginn der Kinderspitex NWCH vorhanden sein müssen, damit die Einsätze sicher und bedarfsorientiert erfolgen können.

Angaben für Kinder mit einer Insulinpumpe:

- Eine AeV mit Angaben zum Essensinsulin, zum Korrekturinsulin und zur Basalrate.
- Jede neue AeV wird so schnell als möglich an die triagepflege@spitexkinder.ch gemailt.
- Angabe zur Pumpe:
 - Insulinpumpenmodell
 - Welche Einheiten sind in der Pumpe programmiert (gKH/KHW/BW)
 - Wie ist das Vorgehen bei Hypo- und Hyperglykämie?
 - Ab welchem Wert korrigiert die Pumpe?
 - Wieviel KH braucht das Kind bei einer Hypoglykämie und wo wird dieser Wert eingegeben?
 - Ist der Loop aufgeschaltet, wenn nein ist dies in Planung?
 - Wie sehen wir, ob der Loop aktiv ist?
- Angabe zum Modell des Sensors, kommuniziert der Sensor mit der Pumpe?
- Wann muss ein BZ gemessen werden? Was passiert mit dem gemessenen Wert?
- Sportregeln

Angaben für Kinder ohne eine Insulinpumpe Pumpe:

- Eine AeV mit Angaben zum Essensinsulin, zum Langzeitinsulin und zur Korrekturformel.
- Jede neue AeV wird so schnell als möglich an die triagepflege@spitexkinder.ch gemailt.
- Angabe zum Modell des Sensors
- Wann muss ein BZ gemessen werden.
- Sportregeln

Abkürzungen

- AeV Ärztliche Verordnung
- gKH Gramm Kohlenhydrate
- KHW Kohlenhydratwert
- BW Brotwert
- BZ Blutzucker
- NWCH Nordwestschweiz